



iSTENT® KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW

iStent®
TRABECULAR
MICRO-BYPASS

Kryteria kwalifikacji pacjentów do wszczepienia iStent

- Pacjenci, u których zdiagnozowano łagodną lub umiarkowaną jaskrę pierwotną otwartego kąta (POAG), jaskrę pseudoeksfoliacyjną lub jaskrę barwnikową.
 - Współczynnik C/D $\leq 0,5 - 0,8$;
 - Ciśnienie wewnątrzgałkowe przed operacją nie większe niż 30 mmHg (pacjenci stosujący krople);
 - Docelowy poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego równy około 15 mmHg.
- Pacjenci fakijni lub pseudofakijni z soczewkami tynkomałowymi.
- Pacjenci mający trudności ze stosowaniem kropli do oczu.
- Pacjenci, u których wystąpiły skutki uboczne lub powikłania w wyniku stosowania kropli przeciwjaskrowych (suche oko, czerwone oko, toksyczne lub alergiczne reakcje).
- Pacjenci, którzy mają trudności w stosowaniu się do zaleceń lekarza.
- Pacjenci, którzy skorzystają na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz/lub zmniejszeniu dawki kropli przeciwjaskrowych.
- Prawidłowa anatomia kąta na podstawie gonioskopii; klasyfikacja Schaffera: 2-4.
- Brak obwodowych zrostów przednich (PAS), rubeozy tęczówki lub innego rodzaju nieprawidłowości kąta, która mogłaby utrudnić prawidłową implementację stentu.



www.glaukos.com

CE
0086



Rx only

WSKAZANIA DO STOSOWANIA. Mikroimplant iStent® Trabecular Micro-Bypass jest przeznaczony do bezpiecznego obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów, u których zdiagnozowano jaskrę pierwotną otwartego kąta, jaskrę pseudoeksfoliacyjną lub jaskrę barwnikową. Urządzenie jest bezpieczne i skuteczne, gdy zostaje wszczepione podczas operacji zaćmy u pacjentów, którzy wymagają obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz/lub skorzystaliby na ograniczeniu stosowania leków na jaskrę. Urządzenie można również wszczepić pacjentom, u których leki na jaskrę oraz tradycyjne zabiegi chirurgiczne nie obniżyły ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Urządzenie warunkowo bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego.

©2017 Glaukos Corporation. iStent oraz Glaukos są zarejestrowanymi znakami handlowymi Glaukos Corporation.

410-0412-2017-POL-Rev 0